



Comune di Isnello

FORNITURA di: "STRUMENTAZIONE DI PIANO FOCAL E PER IL TELESCOPIO DEL "CENTRO PER LA RICERCA, LA DIVULGAZIONE E LA DIDATTICA DELLE SCIENZE ASTRONOMICHE".

C.U.P.: J92E09000020006 – CIG: 6422034E18

CHIARIMENTI E PRECISAZIONI TECNICHE

Con riferimento ai quesiti formulati per la gara in oggetto si precisa quanto segue:

(CAPITOLATO TECNICO STRUMENTAZIONE DI PIANO FOCAL E)

1) – Punto: Sito osservativo – Condizioni operative –

- "Umidità relativa 100% condensante" pur specificata nel capitolato, NON è una condizione sfruttabile in quanto la struttura del telescopio e la cupola sarà dotata di sensori che chiudono automaticamente tutti i sistemi mandando in sicurezza le strumentazioni. Pertanto non si deve tener conto del dato riportato (100%) in quanto il telescopio e la strumentazione del piano focale opereranno in condizioni meno estreme e in condizioni ambientali di non condensa.

2) – Punto: Rivelatori CCD – Rivelatore ingegneristico –

- Il sensore richiesto è un sensore nudo (niente elettronica, criostato o altro) e deve avere caratteristiche analoghe a quello scientifico da integrare nella camera e eventualmente dotato di un numero inferiore di canali di lettura funzionanti. Condizione di norma sufficiente a declassarlo come sensore ingegneristico.

3) – Punto: Rivelatori CCD – Rivelatore scientifico –

- Il rilevatore scientifico deve avere le caratteristiche riportate nel capitolato tecnico. E' consentita parimenti la fornitura del sensore scientifico di grado 1.

Isnello li 31.05.2016

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Salvatore D'Angelo)

